



現地流量計校正サービスのご案内

- 流量が合わない気がする
- 精度が正しいか不安
- そろそろ精度確認したい

でも…



- 生産ラインが止まってしまう
- 流量計を取り外しすることができない
- 流量計を送り返していると、長期間、生産に影響が出てしまう

そのお悩み、解決します！

流量計の取り外し不要！

流量計の返却が不要！

※お客様の設置状態によります。

現地にて精度確認ができるサービスを 始めました！



特長

- **流量計メーカーに返却することなく**現地での精度確認が可能です。
- 生産ラインへの影響を最小限に留めた精度確認が可能です。
- コリオリ式・容積式・電磁式などの各種流量計の精度確認が可能です。
- **他社製流量計の精度確認**も可能です。
- 短期間での精度確認が可能です。
- 標準器はJCSS流量計(コリオリ流量計)を使用し、検査報告書及び標準器のJCSS校正証明書(コピー)の発行が可能です。

基準流量計

流量計形式	試験流量範囲
CA006	0.3～6(kg/min)
CA015	5～60(kg/min)
CA040	32.5～650(kg/min)

※上記の流量範囲以外の場合はご相談ください。

現地整備の計画にオプションとして、
お気軽に相談してください！


水試験



検定のイメージ


校正前

校正対象流量計



校正中

校正対象流量計



実施の流れ



事前に現場確認の実施。
打ち合わせ。



検査台数・日程調整
などの確認。



弊社サービス技術員が
現地訪問し校正。



精度確認実施後に
試験報告書を発行。

●当カタログの仕様は令和6年3月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。



株式会社 オーバル

〒161-8508 東京都新宿区上落合3-10-8

本社：TEL.(03)3360-5141・5151 大阪営業所：TEL.(06)6190-6960

営業所：北海道・東北・新潟・北陸・鹿児島・北関東・千葉・神奈川・静岡・名古屋・四日市・加古川・岡山・山口・九州・大分

オーバル

検索



安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。



2301 2403 2301S(500)